TECHNOZYM® vWF:CBA ELISA
Calibrators and Controls LOT RB65C00

3015987-198

Table • Tabelle • tabella • tabla • tabela • tabell

DIL 0.5mL AQUA

REF CALIBRATORS	LOT	⌛	Sollwert/ Nominal value	Kalibrierung durch⊕, nach Calibration by⊕, acc, to
vWF CAL 1 TH10001ND	1ND61C0	2028-04-30	1.20 IU/mL	IS 07/316
vWF CAL 2 TH10002ND	2ND61C0	2028-04-30	0.61 IU/mL	IS 07/316
vWF CAL 3 TH10003ND	3ND61C0	2028-04-30	0.31 IU/mL	IS 07/316
vWF CAL 4 TH10004ND	4ND61C0	2028-04-30	0.15 IU/mL	IS 07/316
vWF CAL 5 TH10005ND	5ND61C0	2028-04-30	0.00 IU/mL	IS 07/316

REF CONTROLS	LOT	⌛	Sollwert/ Nominal value	Vertrauensbereich Confidence range	Kalibrierung durch⊕, nach Calibration by⊕, acc, to
vWF CONT H TH1000AND	AND61C0	2028-04-30	0.68 IU/mL	0.51 – 0.85 IU/mL	IS 07/316
vWF CONT L TH1000BND	BND61C0	2028-04-30	0.27 IU/mL	0.16 – 0.38 IU/mL	IS 07/316

06/2026

Technoclone Herstellung von Diagnostika und Arzneimitteln GmbH
Brunner Str. 67 - 1230 Vienna, Austria