


Table • Tabelle • tabella • tabla • tabela • tabell

DIL 1mL AQUA

TECHNOVIEW® Rivaroxaban\* Control Medium

LOT 3591B00

REF	LOT		Sollwert/ Nominal value	Vertrauensbereich Confidence range	Kalibrierung** Calibration
TECHNOVIEW Rivaroxaban CONT M 5090191	3591B00	2021-07-31	107.5 ng/mL	80.6 – 134.4 ng/mL	INTERNAL REFERENCE STANDARD

\* Rivaroxaban ist die aktive Substanz aus Xarelto®, welches eine registrierte Marke der Firma Bayer ist  
Rivaroxaban is the active substance in Xarelto® which is a registered trade mark of Bayer

\*\* mit Technochrom® anti-Xa am Ceveron® alpha  
using Technochrom® anti-Xa on Ceveron® alpha

Qualitätskontrolle  
quality control

