



TECHNOZYM[®] PAI-1 Actibind ELISA Calibrators and Controls

Tabelle • Table

LOT 6DW72B0

3015131-058

Mit 0.2 mL Aqua dest. rekonstituieren /reconst. with 0.2 mL Aqua dest.

Artikel/Article CALIBRATORS	Lot/batch	Ablaufdatum/expiry date	Sollwert/ Nominal value	Kalibrierung nach Calibration acc, to
PAI 1 Actibind Calibrator 1 TH1001DW	1DW71B0	2019-11-30	69.77 IU/mL	IS 92/654
PAI 1 Actibind Calibrator 2 TH1002DW	2DW71B0	2019-11-30	31.79 IU/mL	IS 92/654
PAI 1 Actibind Calibrator 3 TH1003DW	3DW71B0	2019-11-30	15.46 IU/mL	IS 92/654
PAI 1 Actibind Calibrator 4 TH1004DW	4DW71B0	2019-11-30	4.92 IU/mL	IS 92/654
PAI 1 Actibind Calibrator 5 TH1005DW	5DW72B0	2019-11-30	0.00 IU/mL	IS 92/654

Artikel/Article CONTROLS	Lot/batch	Ablaufdatum/expiry date	Sollwert/ Nominal value	Vertrauensbereich Confidence range IU/mL	Kalibrierung nach Calibration acc, to
PAI 1 Actibind Low Control TH1800BDW	BDW71B0	2019-11-30	9.13 IU/mL	5.48 – 12.78	IS 92/654
PAI 1 Actibind High Control TH1800ADW	ADW71B0	2019-11-30	34.23 IU/mL	25.67 – 42.79	IS 92/654

12/2017

Qualitätskontrolle
quality control

1/1



Technoclone Herstellung von
Diagnostika und Arzneimitteln GmbH
Brunner Str. 67 - 1230 Vienna, Austria